

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 81/HGNRG/18

13/3/2018

BAC - Sistema de compras públicas

(/Default.aspx)

Martes 13 de Marzo, 10:02:12

Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-0340-LPU18

Número de expediente

EX-2018-07403196- -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

Servicio de Reparación y mantenimiento de equipos Hospitalarios.

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

N° de proceso

420-0340-LPU18

Nombre de proceso

Servicio de Reparación y mantenimiento de equipos Hospitalarios.

Objeto de la contratación

Servicio de Reparación y mantenimiento de equipos Hospitalarios.

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

- ARS-Peso Argentino

Monedas de cotización

Tipo de cotización: Por oferta

Tipo de cotización

13/3/2018

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

GALLO 1330

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

Div. Compras y Contrataciones: 4-962-5481 de Lunes a Viernes de 08:30 a 12:00 Gallo 1330 CABA. Bioingeniería: Luciano Munive 4-964-0317 TE: Conmutador 4-962-9264/81/39/47/48/12/80 (Int. 382)

Encuadre legal

Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) Art. 31°

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones**Otros requisitos obligatorios****Acepta prórroga**

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de gasto	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
<u>420-464-SG18</u>	Autorizada en Proceso	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Construcción , Salud	Normal	30/01/2018

Detalle de productos o servicios

Número del renglón	Objeto gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
--------------------	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------	----------	----------

13/3/2018

Número del renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
1	3-3-3-0	33.14.002.0004.95	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE OXIMETRO DE PULSO (MONITOR DE CABECERA)Característica/s Servicio integral, comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, pr Ver más	12,00 UNIDAD x 1u	ARS 13000,00	ARS 156000,00	
2	3-3-3-0	33.14.002.0004.28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ECOGRAFO CARDIOLOGICOCaracterística/s Servicio integral, comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos Ver más	12,00 UNIDAD x 1u	ARS 92000,00	ARS 1104000,00	
3	3-3-3-0	33.14.002.0005.338	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE PROCESADOR DIGITAL DE IMAGENES BIOMEDICASCaracterística/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad/es Procesador digital d Ver más	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 42000,00	ARS 42000,00	
4	3-3-3-0	33.14.002.0005.261	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE MESA PARA OPERACIONESCaracterística/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad/es Mesa para operaciones Marca/s Pettinari Ver más	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 12000,00	ARS 12000,00	
5	3-3-3-0	33.14.002.0005.124	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EQUIPO CALEFACTOR CORPORALCaracterística/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad/es No aplica Marca/s No Aplica Modelo/ Ver más	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 8000,00	ARS 8000,00	
6	3-3-3-0	33.14.002.0005.989	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BOMBA PARA INFUSIONCaracterística/s Sin marca ni modelo visibles, a jeringa, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento	1,00 UNIDAD x 1U	ARS 7000,00	ARS 7000,00	
7	3-3-3-0	33.14.002.0005.145	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EQUIPO DE RAYOS XCaracterística/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad/es Equipo de rayos x, arco en C Marca/s Philips Ver más	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 48000,00	ARS 48000,00	
8	3-3-3-0	33.14.002.0005.361	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE RESPIRADORCaracterística/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad/es Respirador Marca/s Drager Modelo/s Evita 4	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 7000,00	ARS 7000,00	

13/3/2018

Número del renglón	Objeto		Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
	gasto	Código del ítem					
9	3-3-3-0	33.14.002.0005.813	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE ECOGRAFO SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE ECOGRAFO Modelo: Marca ESAOTE, modelo MyLab, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Ver más	1,00 UNIDADES	ARS 33000,00	ARS 33000,00	
10	3-3-3-0	33.14.002.0004.100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA DE MONITOREO MEDICO Característica/s Servicio integral, comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de i Ver más	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 50000,00	ARS 50000,00	
11	3-3-3-0	33.14.002.0005.1021	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL PARA RESPIRADOR SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL PARA RESPIRADOR . Modelo: Marca PHILIPS (RESPIRONICS), modelo AVAPS (sistema BIPAP), el servicio incluye mano de obra e Ver más	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 23000,00	ARS 23000,00	
12	3-3-3-0	33.14.002.0005.989	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BOMBA PARA INFUSION Característica/s Sin marca ni modelo visibles, a jeringa, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento	1,00 UNIDAD x 1U	ARS 7000,00	ARS 7000,00	
13	3-3-3-0	33.14.002.0005.989	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BOMBA PARA INFUSION Característica/s Sin marca ni modelo visibles, a jeringa, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento	1,00 UNIDAD x 1U	ARS 7000,00	ARS 7000,00	
14	3-3-3-0	33.14.002.0005.843	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE ECOGRAFO Característica/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad/es Ecógrafo Marca/s Philips Modelo/s HD 11	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 90000,00	ARS 90000,00	
15	3-3-3-0	33.14.002.0005.485	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE MESA PARA CIRUGIA Característica/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad/es Mesa para cirugía Marca/s Maquette Modelo/s Ver más	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 25000,00	ARS 25000,00	
16	3-3-3-0	33.14.002.0004.179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR . Marca: Philips, modelo Smart Biphasic Modelo: Marca Ver más	1,00 UNIDAD	ARS 13000,00	ARS 13000,00	

13/3/2018

Número renglón	Objeto del		Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
	gasto	Código del ítem					
17	3-3-3-0	33.14.002.0004.179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR . Marca: Philips, modelo Smart Biphasic Modelo: Marca Ver más	1,00 UNIDAD	ARS 13000,00	ARS 13000,00	
18	3-3-3-0	33.14.002.0004.179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR . Marca: Philips, modelo Smart Biphasic Modelo: Marca Ver más	1,00 UNIDAD	ARS 13000,00	ARS 13000,00	
19	3-3-3-0	33.14.002.0004.179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR . Marca: Philips, modelo Smart Biphasic Modelo: Marca Ver más	1,00 UNIDAD	ARS 13000,00	ARS 13000,00	
20	3-3-3-0	33.14.002.0004.179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARDIODESFIBRILADOR . Marca: Philips, modelo Smart Biphasic Modelo: Marca Ver más	1,00 UNIDAD	ARS 13000,00	ARS 13000,00	
21	3-3-3-0	33.14.002.0005.1026	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE DESFIBRILADOR SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE DESFIBRILADOR Modelo: Marca PHILIPS, modelo HeartStart, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto Ver más	1,00 UNIDAD	ARS 24000,00	ARS 24000,00	
22	3-3-3-0	33.14.002.0005.1011	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE MONITOR MULTIPARAMETRICO Caracteristica/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento. Marca/s Philips Modelo/s Sure Signs VM8	1,00 UNIDAD x 1U	ARS 22000,00	ARS 22000,00	
23	3-3-3-0	33.14.002.0005.278	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE MONITOR DE PRESION NO INVASIVO Caracteristica/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Variedad/es Monitor de presion no invasivo Ver más	1,00 UNIDAD x 1u	ARS 12000,00	ARS 12000,00	

13/3/2018

Número del renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
24	3-3-3-0	33.14.002.0005.1008	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE OXIMETRO DE PULSO Característica/s El servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento Marca/s Betside Modelo/s Sin modelo visible	1,00 UNIDAD x 1U	ARS 6500,00	ARS 6500,00	Q
25	3-3-3-0	33.14.002.0005.989	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BOMBA PARA INFUSION Característica/s Sin marca ni modelo visibles, a jeringa, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento	1,00 UNIDAD x 1U	ARS 7000,00	ARS 7000,00	Q
26	3-3-3-0	33.14.002.0005.989	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BOMBA PARA INFUSION Característica/s Sin marca ni modelo visibles, a jeringa, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento	1,00 UNIDAD x 1U	ARS 18000,00	ARS 18000,00	Q

TOTAL: ARS 1.773.500,00

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

19/03/2018 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletín oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

19/03/2018 11:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

23/03/2018 11:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

19/03/2018 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

28/03/2018 11:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

28/03/2018 11:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento	Número disposición aprobatoria	Fecha creación	Acciones
Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición Aprobatoria	1/1/2018	Q Q

Requisitos mínimos de participación

13/3/2018

I. Requisitos económicos y financieros**No se ingresaron requisitos económicos.****II. Requisitos técnicos**

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	Plazo de Entrega: Indicado en cada renglón en el anexo técnico	No requiere adjuntar documentación

III. Requisitos administrativos**No se ingresaron requisitos administrativos.****Garantías****Garantía de impugnación al pliego****Porcentaje**

2,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación**Porcentaje**

4,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454).

 Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monedas habilitadas para presentación de Garantías

- Peso Argentino

Monto y duración del contrato**Monto**

\$ 1.773.500,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre	Apellido	Tipo documento	Número documento	Cargo	Unidad Ejecutora
Fernado Javier	Jover	DNI	17109458	Jefe de compras	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Anexos

Nombre	Tipo	Descripción	Acciones
Cláusulas particulares LPU-CDI inc 3 al 05-01-18.doc	Administrativo	Administrativo II	Q
Especificaciones Técnicas 0340LPU18.pdf	Técnico	Anexo Técnico	Q

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido	Declaración Jurada	Unidad Ejecutora	Opciones
Oswaldo Jesús Lopez	IF-2015-27605589- -HGNGR	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Q
Fernado Javier Jover	IF-2015-27606192- -HGNGR	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Q
Ana Nieva	IF-2017-23749835- -HGNGR	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Q
Willy Conejeros	IF-2015-27649189- -HGNGR	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Q
Dina Levin	IF-2015-32675116- -HGNGR	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Q
Alfredo Gilmour	IF-2016-09043421- -HGNGR	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Q
Daniela Satragno	IF-2015-32135933- -HGNGR	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Q
Angela María Palazzo	IF-2016-18865517- -HGNGR	420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ	Q

Cantidad de Evaluadores considerados: 3**Actos administrativos**

Documento	Número SADE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización llamado	DI-2018-07648497- -HGNGR	DI-2018-81-HGNGR	13/03/2018	Q
Autorización pliego	DI-2018-07648497- -HGNGR	DI-2018-81-HGNGR	13/03/2018	Q

13/3/2018

Sustentabilidad

¿El pliego posee requisitos y/o Recomendaciones de sustentabilidad?

No

Volver

Imprimir

Ver historial

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.132.51130_SADE_UNIF_48617

[Avisos sobre Navegadores](#) | [Términos y Condiciones de Uso](#)



(<http://www.macroseguridad.net/ssl/>)

ANEXO TECNICO: "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP)"

Nota: Considerando el **Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral**, se deberán realizarse todas las tareas requeridas a fin que el equipo quede operativo en las condiciones en las que fue diseñado, sin perjuicio de que estas mismas no se mencionen explícitamente en el presente pliego. Con este fin, el oferente deberá llevar a cabo una "Visita Técnica" para evaluar el estado del equipo; de modo tal que no podrá alegarse posteriormente causa alguna de ignorancia en lo que a las condiciones de la prestación del servicio se refiere.

O TECNICO: "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG)"

1. OBJETO

Contratar el **Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral** de todos los Equipos indicados en el **PETP (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares)** del presente pliego, ubicados en el "**Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez**", conforme a las condiciones que se detallan a continuación.

2. OBLIGACIONES DEL OFERENTE

2.1 Certificado de Exclusividad: El oferente que posea el carácter de *Fabricante*, o bien cuente con la *Exclusividad y/o Representación Técnica Oficial* para la realización de los servicios técnicos o compra de los repuestos originales a los fabricantes de los equipos objetos del presente contrato, deberá presentar la correspondiente documentación que lo acredite en la propuesta.

Adicionalmente, el oferente deberá presentar un listado donde se detalle antecedentes comprobables en contratos de igual tenor o rubro, con organismos oficiales o privados, teniendo que adjuntar la correspondiente documentación en la propuesta. A tal fin, se deberá presentar los antecedentes documentados (contratos u órdenes de compra) de la Empresa y/o del Personal Técnico de la misma, donde consten los servicios realizados de reparación / mantenimiento en equipos iguales o equivalentes en características, naturaleza y envergadura.

2.2 Certificados de Calidad: El oferente que posea certificados de normas de calidad, o equivalentes, para la actividad motivo de la contratación, deberá presentar la documentación que lo acredite en la propuesta. En el caso de presentarse esta misma, deberá encontrarse vigente, con alcance acorde al servicio objeto del presente contrato, y deberá haber sido expedido por un Organismo acreditado por la OAA (Organismo Argentino de Acreditación).

2.3 Registro: Presentar sus datos completos de forma fehaciente; incluyendo un número de teléfono de atención, y dirección de correo electrónico.

2.4 Espacio Laboral: Poseer taller o laboratorio propio y apto para los fines de reparación del equipamiento objeto de la presente contratación al solo juicio y evaluación del área de Bioingeniería del Hospital. La misma podrá efectuar visitas al taller o laboratorio para verificar las instalaciones, equipamiento de control / ensayo, stock de repuestos, personal técnico especializado y protocolos de trabajo con que cuenta la empresa.

2.5 Instrumental de Medición y Ensayo: Podrá requerirse la presentación de los certificados de calibración vigentes de los instrumentos a utilizar para controlar / ensayar el funcionamiento correcto del equipamiento, o bien para llevar a cabo el servicio objeto de la presente contratación. La no presentación, fuera de vigencia, o cualquier otro vicio objetado sobre la documentación presentada, podrá ser causal de rechazo de la oferta.

2.6 Protocolo de Trabajo: Podrá requerirse la presentación del protocolo de trabajo, o conjunto de tareas a realizar, para llevar a cabo el servicio objeto del presente contrato. Este deberá ajustarse a lo establecido por el fabricante original del equipo, y/o bien a un marco normativo referencial establecido a nivel nacional y/o internacional. En aquel caso que no se encuentre establecido un protocolo original de fábrica o un marco normativo referencial; podrá presentarse un protocolo de trabajo propio, el cual deberá ajustarse a las prácticas usuales y convencionales, y deberá justificarse técnicamente.

2.7 Visita Técnica: Presentar junto con la oferta, el *Certificado de Visita Técnica* expedido por Bioingeniería, el Jefe del Servicio o la Dirección del Hospital. La presentación de este certificado indicará que el oferente recogió toda la información que hace al específico conocimiento del estado de cada uno de los Equipos incluidos en la presente contratación, y que puede influir en la determinación de su oferta; de tal manera que la misma será hecha sobre la base de datos obtenidos por sus propios medios de información. En consecuencia, no podrá alegarse posteriormente causa alguna de ignorancia en lo que a las condiciones de la prestación del servicio se refiere.

De considerarse necesario por el oferente, en su propuesta como renglón optativo y de forma individualizada del resto de la oferta, podrá proponer la implementación de acciones o instalación de accesorios adicionales que permitan mejorar el rendimiento del equipo; justificándose técnicamente.

2.8 Tercerización: El oferente presentará, junto con su oferta, contrato vinculante con subcontratistas, en caso de haber. Este mismo no exime al oferente del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en los puntos anteriores; debiendo la tercera parte cumplir con estas de igual forma.

3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

3.1 Identificación de Servicio Técnico: Colocar, en un lugar visible del equipamiento, una oblea con los datos técnicos del mismo y los de la empresa debiéndose incluir: el/los número/s de teléfono (y otros medios de comunicación) para su contacto; fecha de realización del servicio objeto del presente contrato; y cualquier otro dato adicional que se considere relevante para su consideración (ej. plazo de vigencia de la garantía, calibración, etc.).

3.2 **Traslados:** Los traslados que implique la reparación del equipo, puesta en marcha, entrega e instrucción de uso al personal afectado, quedarán a cargo del adjudicatario.

4. INSUMOS Y REPUESTOS

4.1 El presente contrato incluirá todos los insumos y repuestos necesarios para la realización de las tareas cotizadas. Los mismos correrán por cuenta y cargo del adjudicatario, como así también, todo insumo, repuesto o tarea que se desprendiera de la ejecución del contrato vigente, que pudiera haberse omitido a fin de que el equipo quede completamente operativo cumpliéndose con las especificaciones originales de fábrica, o en su defecto, las que establezcan las normativas nacionales y/o internacionales aplicables al equipo objeto del presente contrato.

4.2 Todos los elementos reemplazados quedarán en poder del Hospital, debiéndose entregar los mismos al Jefe del Servicio o al área de técnica del Hospital.

4.3 Todos los repuestos deberán ser nuevos y sin uso, o en su defecto, reacondicionados a nuevo. En este último caso, el oferente deberá informar por nota dicha situación y quedará en poder del Hospital la evaluación y autorización de su utilización.

4.4 Todos los repuestos deberán ser originales o compatibles con los de la marca original. En caso de ser solicitado por el Hospital, el adjudicatario deberá presentar la documentación que avale dicha condición.

5. RETIRO DE EQUIPOS

Si el adjudicatario determinase que las reparaciones no pueden ser realizadas dentro del Hospital, el mismo procederá a retirar el equipamiento para su reparación, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

5.1 Justificar la necesidad del retiro a través del correspondiente Informe Técnico. Dicho informe deberá registrar el tipo de falla que presenta el equipo. En caso de equipos computarizados se deberá registrar también los mensajes de error que se hayan generado.

5.2 El permiso para el retiro del equipo del Hospital sólo podrá ser otorgado por el Jefe de Servicio y la Dirección del Hospital, pudiendo firmar el Director, Subdirector Médico o Director Administrativo.

5.3 Se deberá solicitar la Orden de Salida del equipo en la oficina de Patrimonio y firmar un remito de entrega en donde se registre el detalle del equipo y accesorios que acompañan.

5.4 Todos los gastos que pudieran surgir, por cualquier concepto, serán a cargo del adjudicatario.

5.5 Cuando el adjudicatario devuelva el equipo, se deberá verificar que lo entregue en condiciones correctas. Para ello se utilizará la copia Informe Técnico efectuado cuando se retiró el equipo. En caso de no haberse podido reparar, se deberá verificar que el desperfecto que presenta el equipo sea el mismo que presentaba cuando se retiró. Se deberán verificar los códigos de error en caso que el equipo fuera computarizado.

5.6 La recepción del equipo deberá estar firmada por el Jefe del Servicio y Bioingeniero/a a fin de quedar debidamente registrado su ingreso. El adjudicatario comunicara la admisión al Jefe de patrimonio.

6. GARANTÍA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

6.1 La garantía deberá ser de 6 (SEIS) meses como mínimo para todos los repuestos y mano de obra, con excepción de aquellas partes electromecánicas y eléctricas, cuya garantía deberá ser de 12 (DOCE) meses como mínimo; contados a partir de la fecha de ejecución de los trabajos y puesta en marcha del equipo, y de su correspondiente aceptación por el Jefe del Servicio y Bioingeniería.

6.2 La garantía será de cumplimiento efectivo, debiendo existir sistema de comunicación fehaciente de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

6.3 La presencia en el Hospital del personal técnico perteneciente a la empresa adjudicataria en cumplimiento de la garantía deberá efectuarse dentro de las 48 horas de realizado el correspondiente reclamo.

7. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA

7.1 Serán los especificados en el **PETP (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares)** del correspondiente pliego.

7.2 En aquel caso que el adjudicatario no pueda llevar a cabo la reparación del equipo en el plazo de tiempo especificado, el adjudicatario podrá solicitar una prórroga por un lapso de tiempo igual o menor al original mediante motivos fundados. Dicha solicitud podrá denegarse si los motivos expuestos no fueren razonables, o bien, no existiese documentación respaldatoria.

Complemento de especificaciones Técnicas 420-0340-LPU18.

1	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: AJ08060059 8094783 Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. <p>Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>[33,14,002,0004,95 MONITOR DE SIGNOS VITALES UNIDAD 9 (Infectología) BCI (Smith Medical) No Operativo</p> <p>Provisión y reemplazo del gabinete completo: parte superior e inferior, manija de sujeción, y ventana del display. Provisión y reemplazo de batería interna. Provisión y reemplazo de teclado frontal de control. Provisión de fuente de alimentación nueva de 24 volts continua compatible con conector de entrada del equipo. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Infectología (Unidad 9), perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>	6004
2	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: 038QVD 8125474 Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. <p>Plazo:</p>	<p>33.14.002.0004.28 ECOGRAFO Cardiología Sonosite Micromaxx Parcialmente Operativo</p> <p>Provisión y reemplazo de la placa principal del ecógrafo. Provisión y reemplazo del transductor P17/5 vinculado al equipo. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio.</p>	

	Lugar de Entrega:	En el área de Cardiología, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
3	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: Sin número visible Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Plazo: Lugar de Entrega:	33.14.002.0005.338 SISTEMA DE ADQUISICION Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE .ENDOSCOPIA Quirófano Central Karl Storz Sistema AIDA (Advance Image and Data Acquisition) 20046020 8114224 No Operativo Provisión y reemplazo de memorias RAM. Provisión y reemplazo de pila vinculada al CMOS. Reinstalación del sistema operativo y configuración del mismo. Instalación del equipo en la torre de laparoscopia indicada. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico. Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Quirófano Central, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
4	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: Sin número visible Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3.	33.14.002.0005.261 MESA DE CIRUGIA ELECTRICA Quirófano Central Pettinari 220HNA2 8116204 Parcialmente Operativo Provisión y reemplazo de pistones del lecho. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.

	Plazo: Lugar de Entrega:	Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Quirófano Central, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
5	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: 984-1340882 8088690 Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. Plazo: Lugar de Entrega:	33.14.002.0005.124 EQUIPO DE CALEFACCION POR CONVECCION (WARMER) Cirugía Cardio-Vascular (CCV) Cincinnati Sub-Zero Warm Air 134 No Operativo Provisión e reemplazo del circuito de control de temperatura y de velocidad. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico. Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de CCV, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
6	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: 110571 464432 Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. 4. Plazo:	33.14.002.0005.989 BOMBA DE INFUSION A JERINGA UNIDAD 2 (Neonatología) Adox Activa A22 No Operativo Provisión y reemplazo de batería interna. Provisión y reemplazo del teclado y de todas aquellas partes requeridas para el correcto funcionamiento. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico. Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio.

	Lugar de Entrega:	En el área de Neonatología, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
7	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: ID: SG0077AR Estado:	33.14.002.0005.145 ARCO EN C Quirófano Central Philips BV Libra 8115015 Parcialmente Operativo Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. Plazo: Lugar de Entrega:
8	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: ASAK-0148 Estado:	33.14.002.0005.361 RESPIRADOR Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) Dräger Evita 4 8102708 Parcialmente Operativo Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. Plazo: Lugar de Entrega:

9	<p>Renglón:</p> <p>Equipo:</p> <p>Ubicación:</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p> <p>N° de Serie:</p> <p>N° de Inventario:</p> <p>10499015</p> <p>8102629</p> <p>Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>Plazo:</p> <p>Lugar de Entrega:</p>	<p>33.14.002.0005.813</p> <p>ECOGRAFO</p> <p>Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)</p> <p>Esaote</p> <p>MyLab 15</p> <p>Parcialmente Operativo</p> <p>Provisión e instalación de las licencias permanentes de Doppler y Doppler Color (Color Flow Mode -CFM-).</p> <p>Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software.</p> <p>Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio.</p> <p>En el área de UTIP, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
10	<p>Renglón:</p> <p>Equipo:</p> <p>Ubicación:</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p> <p>N° de Serie:</p> <p>N° de Inventario:</p> <p>CM99108706</p> <p>8651559</p> <p>Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>Plazo:</p> <p>Lugar de Entrega:</p>	<p>33.14.002.0004.100</p> <p>MONITOR MULTIPARAMETRICO</p> <p>Cirugía Cardio-Vascular (CCV)</p> <p>Mindray</p> <p>BeneView T5</p> <p>No Operativo</p> <p>Provisión e reemplazo de la placa vinculado al teclado.</p> <p>Provisión e reemplazo de las baterías vinculadas al equipo.</p> <p>Reparación de módulo de medición de parámetros vitales MPM -Multi Parameter Module- (con número: CTA96012070); el cual deberá incluir la provisión y reemplazo del conector del cable de ECG.</p> <p>Provisión de cable de extensión de saturimetría -SPO2-, con ficha terminal DB9 para conexión del sensor.</p> <p>Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software.</p> <p>Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio.</p> <p>En el área de CCV, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>

11	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: C09610271EE64</p> <p style="text-align: right;">8653334</p> <p>Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. <p>Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>33.14.002.0005.1021 BIPAP UNIDAD 3 (Centro Respiratorio) Respironics Avaps C No Operativo</p> <p>Provisión y reemplazo de placa principal del equipo. Provisión y reemplazo de turbina interna (blower). Provisión y reemplazo de filtro/s de ingreso de aire. Provisión de 4 (CUATRO) filtros de polen nuevos adicionales (Respironics Pollen Filters). Limpieza integral de los distintos componentes. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Centro Respiratorio (Unidad 3), perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
12	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: 110553 464421</p> <p>Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	<p>33.14.002.0005.989 BOMBA DE INFUSION A JERINGA UNIDAD 2 (Neonatología) Adox Activa A22 No Operativo</p> <p>Provisión y reemplazo de batería interna. Provisión y reemplazo del teclado y de todas aquellas partes requeridas para el correcto funcionamiento. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p>

	Plazo: Lugar de Entrega:	Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Neonatología, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
13	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. 4. Plazo: Lugar de Entrega:	33.14.002.0005.989 BOMBA DE INFUSION A JERINGA UNIDAD 2 (Neonatología) Adox Activa A22 110572 464424 No Operativo Provisión y reemplazo de batería interna. Provisión y reemplazo del teclado y de todas aquellas partes requeridas para el correcto funcionamiento. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico. Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Neonatología, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
14	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: US81470578 Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3.	33.14.002.0005.843 ECOGRAFO Cirugía Cardio-Vascular (CCV) Philips HD11 8088930 Parcialmente Operativo Provisión y reemplazo de la placa vinculada al teclado, y de todas aquellas partes requeridas para el correcto funcionamiento. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.

	Plazo:	Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio.	
	Lugar de Entrega:	En el área de CCV, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.	
15	Renglón:	33.14.002.0005.485	
	Equipo:	MESA DE CIRUGIA HIDRAULICA	
	Ubicación:	Quirófano Central	
	Marca:	Maquet	
	Modelo:		
	N° de Serie:		
	N° de Inventario:	Sin modelo visible	
	Sin número visible	8115955	
	Estado:	Parcialmente Operativo	
	Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:		
	1.	Provisión y reemplazo de los frenos de la mesa de cirugía.	
	2.	Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.	
	3.	Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.	
	Plazo:	Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio.	
	Lugar de Entrega:	En el área de Quirófano Central, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.	
16	Renglón:	33.14.002.0004.179	
	Equipo:	DESFIBRILADOR	
	Ubicación:	Quirófano Central (Anestesia)	
	Marca:	Philips	
	Modelo:		
	N° de Serie:		
	N° de Inventario:	HeartStart XL	
	US00573357	8097085	
	Estado:	Operativo	
	Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:		
	1.	Provisión y reemplazo de batería.	
	2.	Test de performance del equipo y Test de seguridad eléctrica, con entrega de reporte técnico.	
	3.	Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software.	
	Plazo:	Dentro de los 90 (NOVENTA) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio.	
	Lugar de Entrega:	En el área de Quirófano Central, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.	

17	<p>Renglón:</p> <p>Equipo:</p> <p>Ubicación:</p> <p>Marca:</p> <p>Modelo:</p> <p>N° de Serie:</p> <p>N° de Inventario:</p> <p>US00573356</p> <p style="text-align: right;">8097087</p> <p>Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>Plazo:</p> <p>Lugar de Entrega:</p>	<p>33.14.002.0004.179</p> <p>DEFIBRILADOR</p> <p>Quirófano Central (Anestesia)</p> <p>Philips</p> <p>HeartStart XL</p> <p>Operativo</p> <p>Provisión y reemplazo de batería.</p> <p>Test de performance del equipo y Test de seguridad eléctrica, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software.</p> <p>Dentro de los 90 (NOVENTA) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio.</p> <p>En el área de Quirófano Central, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
18	<p>Renglón:</p> <p>Equipo:</p>	<p>33.14.002.0004.179</p> <p>DEFIBRILADOR</p>

	Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: US00573354 8097090 Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. Plazo: Lugar de Entrega:	Quirófano Central (Anestesia) Philips HeartStart XL Operativo Provisión y reemplazo de batería. Test de performance del equipo y Test de seguridad eléctrica, con entrega de reporte técnico. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Dentro de los 90 (NOVENTA) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Quirófano Central, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
19	Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. Plazo: Lugar de Entrega:	33.14.002.0004.179 DESFIBRILADOR Quirofano Central (Anestesia) Philips HeartStart XL US00573354 8097090 No Operativo Provisión y reemplazo de batería. Test de performance del equipo y Test de seguridad eléctrica, con entrega de reporte técnico. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Dentro de los 90 (NOVENTA) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Quirofano Central , perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.

20	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: US00573353</p> <p style="text-align: right;">8097092</p> <p>Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. <p>Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>33.14.002.0004.179 DESFIBRILADOR</p> <p>Quirófano Central (Anestesia) Philips</p> <p>HeartStart XL</p> <p>Operativo</p> <p>Provisión y reemplazo de batería. Test de performance del equipo y Test de seguridad eléctrica, con entrega de reporte técnico. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software.</p> <p>Dentro de los 90 (NOVENTA) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Quirófano Central, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
21	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: US00454598</p> <p style="text-align: right;">8088744</p> <p>Estado:</p> <p>Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas:</p>	<p>33.14.002.0005.1026 DESFIBRILADOR</p> <p>Cirugía Cardio-Vascular (CCV) Philips</p> <p>HeartStart XL</p> <p>No Operativo</p>

	<p>1. 2. 3. 4.</p> <p>Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>Provisión y reemplazo de batería. Provisión y reemplazo de las partes que correspondan para su correcto funcionamiento. Test de performance del equipo y Test de seguridad eléctrica, con entrega de reporte técnico. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software.</p> <p>Dentro de los 90 (NOVENTA) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de CCV, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
22	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: US81625741 Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>33.14.002.0005.1011 MONITOR MULTIPARAMETRICO Cirugía Cardio-Vascular (CCV) Philips VM4 8089093 Parcialmente Operativo</p> <p>Provisión y reemplazo de batería. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 90 (NOVENTA) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de CCV, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
23	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: V026A005240 Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1.</p>	<p>33.14.002.0005.278 MONITOR DE PRESION NO INVASIVO UNIDAD 2 (Neonatología) Biolight (BLT) V6 8698998 No Operativo</p> <p>Provisión y reemplazo de batería.</p>

	<p>2. 3. 4. 5.</p> <p>Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>Provisión de cable extensión de saturometría; terminal de conexión al sensor DB9. Provisión de manguera para medición de presión no invasiva; acople terminal de conexión rápida tipo bayoneta. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Neonatología, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
24	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: MBB1501360 Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. 4. 5. Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>33.14.002.0005.1008 MONITOR DE OXIMETRIA Unidad 4 Nellcor BedSide No Operativo 13080266 Provisión y reemplazo de placa vinculada a la alimentación del equipo, y cable de interconexión. Provisión de perilla de control frontal (Jog Dial) Provisión de cable extensión de saturometría; terminal de conexión al sensor DB9. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Unidad 4, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
25	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1.</p>	<p>33.14.002.0005.989 BOMBA DE INFUSION A JERINGA UNIDAD 2 (Neonatología) Adox Activa A22 110575 458364 No Operativo Provisión y reemplazo de batería interna.</p>

	<p>2. 3. 4.</p> <p>Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>Provisión y reemplazo del teclado y de todas aquellas partes requeridas para el correcto funcionamiento. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Neonatología, perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>
26	<p>Renglón: Equipo: Ubicación: Marca: Modelo: N° de Serie: N° de Inventario: Sin número visible Estado: Especificaciones del Servicio de Reparación / Mantenimiento Integral; el cual deberá incluir como mínimo la ejecución de las siguientes tareas: 1. 2. 3. 4. 5. Plazo: Lugar de Entrega:</p>	<p>33.14.002.0005.989 BOMBA DE INFUSION A JERINGA Quirófano Central (Anestesia) Adox Activa A22 8092173 No Operativo</p> <p>Actualización de gabinete: provisión y reemplazo del gabinete completo. Provisión y reemplazo de batería interna. Provisión y reemplazo del teclado y de todas aquellas partes requeridas para el correcto funcionamiento. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; incluyendo calibraciones y actualización de software. Inspección y verificación del correcto funcionamiento, con entrega de reporte técnico.</p> <p>Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la orden de compra, con previa coordinación con el Servicio. En el área de Quirófano Central (Anestesia), perteneciente al Hospital de Niños R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330 - CABA, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.</p>

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 81/HGNRG/18 (continuación)

ANEXO CLAUSULAS PARTICULARES LICITACIONES PUBLICAS-CDI INC. 3

1) CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas.

El GCABA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones y las publica en BAC. Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el artículo 24º de la Ley 2095/06 (Texto consolidado por Ley N° 5.666).

2) PRESENTACION DE OFERTAS:

a) Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que, junto con la documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta. Para el caso que los pliegos prevean la presentación de muestras o documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se indique en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

b) Información complementaria: para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

c) Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de precios. El GCABA se reserva el derecho de considerar ofertas de características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, si a su juicio no ofrece inconveniente para su uso y/o distribución. A los efectos de comparar precios, se tomará como base la unidad de medida indicada en el Anexo.

d) El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, denominación del Establecimiento Elaborador, según lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

e) Asimismo deberá presentar Declaración Jurada donde indique que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.

f) Este Hospital se reserva el derecho de solicitar a los Sres. Oferentes, toda documentación considerada complementaria que resulte necesaria para la evaluación de sus ofertas, la cual deberá ser aportada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, bajo apercibimiento de descartar la oferta.

g) Se deja constancia que serán preadjudicadas las ofertas que estén habilitadas al momento de la emisión del dictamen, si posteriormente algún oferente con documentación desactualizada cambiara su situación no será tenido en cuenta para la adjudicación. Por otro lado si un oferente preadjudicatario en el Dictamen cambiara su situación a NO habilitado tendrá 72hs para la regularización de su estado, de no hacerlo será considerada la oferta siguiente.-

IMPORTANTE:

En aquellos casos en que la complejidad de la contratación lo justifique, el plazo establecido para la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas será dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha de apertura de propuestas.

3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de sesenta (60) días, contar de la fecha de la apertura.

4) GARANTÍA DE LA OFERTA:

a) Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones Generales.

Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus propuestas, los oferentes deberán identificar e individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta completando el formulario electrónico correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto de apertura de ofertas, en la División Tesorería en el horario de Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs.

La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite.

b) EXCEPCIONES.

NO SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE GARANTIA DE OFERTA NI DE ADJUDICACION, CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA Y/O ADJUDICACION NO SUPERE EL IMPORTE DE \$1.450.000,00.- (Art. 27º inc b de la Ley N° 5915 BOCBA N° 5282).

5) PRÓRROGA DEL CONTRATO:

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prórroga del presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666).

6) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA:

Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor.

FIN DEL ANEXO