

**ANEXO - DISPOSICIÓN N° 54/HMIRS/18****GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 7393895/MGEYA/2018

PROCESO DE COMPRA N° 435-0339-LPU18

REGIMEN DE LICITACION PUBLICA

Llamado a LICITACION PUBLICA bajo el régimen establecido en el artículo 31 de la Ley gestionándose bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC)

OBJETO DE LA LICITACION.

ADQUISICION DE PANELES DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD CON LECTURA AUTOMATICA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO con destino a este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", según el siguiente detalle:


- 1) PANEL CROMOGENICO CONVENCIONAL GRAM(+) Para ser utilizado con el equipo Autoscan o similar, en forma automatizada con serv. tecnico incluido, software, impresora e insumos. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD:360,00 DETERMINACIONES
- 2) PANEL CROMOGENICO CONVENCIONAL GRAM (-) Para ser utilizado con el equipo Autoscan o similar, en forma automatizada con serv. tecnico incluido, software, impresora e insumos. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD : 840,00 DETERMINACION de

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LA EMPRESA PROVEEDORA DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A LOS RENGLONES 1 Y 2 DEBERAN PROVEER:

UN SISTEMA AUTOMATICO QUE REALICE EN EL MISMO PANEL LA IDENTIFICACION MICROBIANA Y LA DETERMINACION DE SUSCEPTIBILIDAD

*Maria Marcela Corvino*  
BIOQUÍMICA  
M.N. 2944



UTILIZANDO EL PRINCIPIO MICROBIOLÓGICO DE CONCENTRACION INHIBITORIA MINIMA (CIM) DE BACTERIAS AISLADAS, PROCEDENTES DE MUESTRAS CLINICAS, TIPO AUTOSCAN O SIMILAR.

ESTE SISTEMA DEBERA REUNIR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:


- \*ENTRADA AUTOMATICA DEL PANEL
- \*TECNOLOGIA DE FIBRAS ÓPTICAS QUE PERMITAN LA LECTURA ESPECTROFOTOMETRICA DE TODO EL PANEL SIMULTANEAMENTE.
- \*CALIBRACION DIARIA AUTOMATIZADA CON MANTENIMIENTO DIARIO MINIMO
- \*ADMISION DE MULTIPLES TIPOS DE PANELES CON DISTINTAS CONFIGURACIONES DE SENSIBILIDAD.

ADQUISICION DE PANELES DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD CON LECTURA AUTOMATICA PARA MICROBIOLOGIA: INCLUSION DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO QUE REGISTRE E INTERPRETE AUTOMATICAMENTE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO CON UN SOFTWARE QUE FACILITE EL ACCESO Y LA ESTANDARIZACION.

CONDICIONES:

- 1) ENTREGA DE REACTIVOS A REQUERIMIENTOS DEL LABORATORIO EN RAZON DE SUS VENCIMIENTOS..
- 2) LA PROVISION DEBERA ACOMPAÑARSE DE LOS CONSUMIBLES NESESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO CORRESPONDIENTE EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA TODAS LAS DETERMINACIONES SOLICITADAS QUE SERAN ENTREGADOS EN FORMA PROGRAMADA POR EL PROVEEDOR Y DEBERA INCLUIR: TUBOS DE DILUCION TIPO PLURONIC O SIMILAR , PLACAS INOCULADORAS, SISTEMA MULTINOCULADOR TIPO RENOK O SIMILAR, REACTIVOS REVELADORES QUE PERMITAN LEER EL PANEL.
- 3) EL OFERENTE DEBERA PROVEER UNA INTERFASE PARA CONECTAR LA PLATAFORMA AL SISTEMA DE GESTION DEL LABORATORIO.
- 4) ESTARAN A CARGO DEL OFERENTE LOS GASTOS PRODUCIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LOS

Maria Marcela Corvino  
BIOQUÍMICA  
M.N. 2244



**ANEXO - DISPOSICIÓN N° 54/HMIRS/18 (continuación)**

REPUESTOS CORRESPONDIENTE DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO Y EL REEMPLAZO POR UN EQUIPO NUEVO EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE REPARACION Y ASESORAMIENTO DE LOS USUARIOS Y EL COSTO DE LOS SEGUROS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 DIAS HABILES , renovables automáticamente por un plazo similar.

PLAZO DE ENTREGA : A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL TERMINO DE 12 MESES ENTREGA TRIMESTRAL.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"  
LABORATORIO -MICROBIOLOGIA



María Marcela Cervetto  
BIOQUÍMICA  
M.N. 2944

FIN DEL ANEXO