

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 49/HMIRS/18**Microbiología y Hemostasia**

Se solicita provisión de:

Un equipo de PCR en tiempo Real totalmente automatizado con cartuchos de uso único que incluyan los reactivos necesarios para llevar a cabo todas las determinaciones que incluyan el proceso de extracción, purificación del material genético total, amplificación del fragmento de interés y detección del mismo.

Que cuente con un lector de código de barras integrado para mantener la trazabilidad de los pacientes

Una notebook Marca Hp con software que permita la lectura de los datos generados por el equipo

El equipo permitirá llevar a cabo hasta 2 determinaciones diferentes en forma simultánea en el lapso aproximado de una hora lo que genera tiempos de lectura y devolución óptimos.

La instalación del equipo se tendrá que efectuar en el mismo ambiente del laboratorio sin adaptaciones especiales

Maria Marcela Corvetto
BIOQUÍMICA
M.N. 2944

FIN DEL ANEXO