

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 177/HGAT/18**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú"****Pliego de especificaciones técnicas y
Cláusulas Particulares**

EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE LA DESCRIPCION EXPRESADA EN EL CODIGO DE CATALOGO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA RENGLON, PREVALECERA LO DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación de los insumos ofrecidos o de la reparación a efectuar, por lo cual deberán adjuntarse folletos y catálogos ilustrativos de los bienes requeridos en idioma castellano y fotografías de los elementos cotizados, o cualquier otro elemento informativo que considere de interés y que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados.

SIN QUE PUEDA SER CONSIDERADA LA LISTA DEFINITIVA NI EXHAUSTIVA SE INDICAN LAS TAREAS MÍNIMAS A REALIZAR EN CADA CASO PUDIENDO EL OFERENTE REALIZAR UNA OFERTA QUE SUPERE EL LISTADO ENUNCIADO, A SABER:

Pedido: 125

Servicio: Cirugia

Especificaciones técnicas:**Renglon 1**

Catálogo: 33.01.003.0063.9 LARINGOSCOPIO

Equipo: Laringoscopio para pacientes adultos.

Características generales:

- Mango para fibra óptica antideslizante, reusable de acero inoxidable (no plástico).
- 3 ramas tipo McIntosh de fibra óptica para adultos reusables de acero inoxidable, tamaños N° 1, N° 2 y N°3.
- Con alimentación a pilas.

El sistema debe incluir:

- Mango según pliego.
- 3 ramas según pliego.
- 2 lámparas halógenas compatibles con el equipo.
- Pilas/baterías compatibles con el equipo.
- Estuche.

Renglón 2

Catálogo: 33.09.003.0006.1 - CARRO PARA PARO CARDIACO

Equipo: Carro para paro cardíaco.

Características generales:

- Carro para paro cardiorespiratorio construido en ABS y aluminio.
- Con al menos 5 cajones de suave deslizamiento y cierre.
- 2 cajones de al menos 7 cm para medicamentos con divisiones ajustables.

FIN DEL ANEXO