



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Buenos Aires, 29/05/2015

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 401 - MINISTERIO DE SALUD

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo de proceso de compra: Licitación Pública

Número de proceso de compra: 401-0482-LPU15

Nombre de proceso de compra: Adquisición de Estufas para Esterilización con destino al C.S.C. Grierson y al H.G.A. Álvarez.

Ejercicio: 2015

Tipo de Modalidad: Sin modalidad

Encuadre legal: Ley N° 2.095 Art. 31°

Expediente: EX-2015-07495358- -MGEYA-DGADC

Rubro y Clases: Salud , Renglón1: Equipos para Laboratorio , Renglón2: Equipos para Laboratorio

Objeto de la Contratación: Adquisición de Estufas para Esterilización con destino al C.S.C. Grierson y al H.G.A. Álvarez.

Repartición Solicitante: 401 - MINISTERIO DE SALUD

Fecha de Apertura: 21/05/2015 11:00:00 a.m.

Ofertas Presentadas: 2

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:

LOBOV Y CIA S.A.C.I.

CECAR ESTERILIZACION S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 29/05/2015 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Número renglón	Opción	Pre Adjudicatarios	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario / M	Precio unitario / P	Precio total del renglón sin descuento	Precio total renglón	Precio total general renglón / M	Precio total general renglón / P
1	1	CECAR ESTERILIZACION S.A.	1,00 U	394000,00	394000,00	394000,00	394000,00	394000,00	394000,00	394000,00
2	1	CECAR ESTERILIZACION S.A.	1,00 U	394000,00	394000,00	394000,00	394000,00	394000,00	394000,00	394000,00

Precio Total de la Pre Adjudicación: 788000,00

Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento: 788000,00

Ofertas desestimadas

LOBOV Y CIA S.A.C.I. 30541677220

Descripción	Evaluación Técnica	Evaluación Económica	Evaluación Administrativa
Requisito: Conforme el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particu			Por no dar cumplimiento en el plazo de entrega según lo estipulado en el PLIEG-2015-08591910 - Art. 7°. (Art. 104, inc. E, Ley N° 2095/06, reformada por Ley N° 4764/14)
Requisito: Se deberá completar la oferta económica a través del presente sistema (PASO2). Asimismo, deberá ingr		Por no dar cumplimiento en el plazo de entrega según lo estipulado en el PLIEG-2015-08591910 - Art. 7°. (Art. 104, inc. E, Ley N° 2095/06, reformada por Ley N° 4764/14)	
Requisito: Al cargar la oferta económica en el presente sistema, deberán consignarse en las especificaciones té		Por no dar cumplimiento en el plazo de entrega según lo estipulado en el PLIEG-2015-08591910 - Art. 7°. (Art. 104, inc. E, Ley N° 2095/06, reformada por Ley N° 4764/14)	
Requisito: Conforme se detalla en los Pliegos de Especificaciones Técnicas que obran como Anexos	Según IF-2015-12194577-DGRFISS.		

Requisito: La documentación solicitada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales debe ser presentada	Según IF-2015-12194577-DGRFISS.
Requisito: Se deberá presentar la Declaración Jurada de aceptación y cumplimiento de todo lo establecido en el p	Según IF-2015-12194577-DGRFISS.
Requisito: Se deberán presentar en soporte físico en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Car	Según IF-2015-12194577-DGRFISS.

Renglón	Opción	Descripción	Tipo	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
1	1	ESTUFA PARA ESTERILIZACION - EQUIPO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO-De 220 V 600 W aproximadamente, de 300 l de capacidad interna aproximadamente, Rango de temperatura 0 a 60 C +/-0,5 C, homogeneidad +/- 1 C, circulación forzada, refrigerane libre de CFC, regulación digital de tiempo y temperatura_Completa con accesorios	Especificación	Según IF-2015-12194577-DGRFISS.	Por no dar cumplimiento en el plazo de entrega según lo estipulado en el PLIEG-2015-08591910 - Art. 7º. (Art. 104, inc. E, Ley N° 2095/06, reformada por Ley N° 4764/14)
1	2	ESTUFA PARA ESTERILIZACION - EQUIPO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO-De 220 V 600 W aproximadamente, de 300 l de capacidad interna aproximadamente, Rango de temperatura 0 a 60 C +/-0,5 C, homogeneidad +/- 1 C, circulación forzada, refrigerane libre de CFC, regulación digital de tiempo y temperatura_Completa con accesorios	Especificación	Según IF-2015-12194577-DGRFISS.	Por no dar cumplimiento en el plazo de entrega según lo estipulado en el PLIEG-2015-08591910 - Art. 7º. (Art. 104, inc. E, Ley N° 2095/06, reformada por Ley N° 4764/14)
2	1	ESTUFA PARA ESTERILIZACION - EQUIPO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO-De 220 V 600 W aproximadamente, de 300 l de capacidad interna aproximadamente, Rango de temperatura 0 a 60 C +/-0,5 C, homogeneidad +/- 1 C, circulación forzada, refrigerane libre de CFC, regulación digital de tiempo y temperatura_Completa con accesorios	Especificación	Según IF-2015-12194577-DGRFISS.	Por no dar cumplimiento en el plazo de entrega según lo estipulado en el PLIEG-2015-08591910 - Art. 7º. (Art. 104, inc. E, Ley N° 2095/06, reformada por Ley N° 4764/14)
2	2	ESTUFA PARA ESTERILIZACION - EQUIPO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO-De 220 V 600 W aproximadamente, de 300 l de capacidad interna aproximadamente, Rango de temperatura 0 a 60 C +/-0,5 C, homogeneidad +/- 1 C, circulación forzada, refrigerane libre de CFC, regulación digital de tiempo y temperatura_Completa con accesorios	Especificación	Según IF-2015-12194577-DGRFISS.	Por no dar cumplimiento en el plazo de entrega según lo estipulado en el PLIEG-2015-08591910 - Art. 7º. (Art. 104, inc. E, Ley N° 2095/06, reformada por Ley N° 4764/14)

Encuadre Legal:

ARTÍCULO 108, LEY N° 2.095, MODIFICADA POR LEY N° 4.764.

Observaciones:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO EN ATENCIÓN AL TIEMPO QUE DEMANDARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Imputación:

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente

Aprobación:

Nombre Usuario	Cargo	Estado
Alejandro Enrique VARSALLONA	Gerente	Autorizada
Damián Leardo Gabás	Gerente	Autorizada
Eduardo Daniel Langer	Gerente Operativo Hospital	Autorizada

Anuncio de pre adjudicación:

29/05/2015

Exposición:

29/05/2015

Fecha Iniciación:

29-05-2015

Fecha Finalización

29-05-2015

Sistema de compras públicas - Buenos Aires

<https://www.buenosairescompras.gob.ar/EVALUACIONOFERTA/Pr>

Publicación

BOLETÍN OFICIAL Y PÁGINA DE INTERNET DEL G.C.B.A. 29/05/2015

Anexos

(-) Ocultar archivos ingresados

Anexos ingresados

Nombre	Acciones
IF-2015-12194577-DGRFISS INFORME TÉCNICO.pdf	

[Volver](#)

Asesoramiento Técnico.

Número expediente: EX-2015-07495358- -MGEYA-DGADC

Número proceso de compra: 401-0482-LPU15

Nombre proceso de compra: Adquisición de Estufas para Esterilización con destino al C.S.C. Grierson y al H.G.A. Álvarez.

Habiéndose evaluado todas y cada una de las ofertas presentadas respecto al cumplimiento de:

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG)
- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
-se informa que:

Renglón	Equipo	Oferta N°	EMPRESA	MARCA	Modelo:	Precio Unitario	CUMPLE PETP	CUMPE PETG	NO CUMPLE
1	ESTUFA PARA ESTERILIZACION - EQUIPO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO	1	CECAR	CECAR	IPC XXI 216L	\$ 394.000	SI	SI	***
		2 ALT. 1	LOBOV	THERMO SCIENTIFIC HERATHERM	OMH400	\$ 83.000	NO	NO	1.1-1.2- ANEXO-PLAZO DE ENTREGA - CERT. ANMAT
		2 ALT. 2							

Renglón	Equipo	Oferta N°	EMPRESA	MARCA	Modelo:	Precio Unitario	CUMPLE PETP	CUMPE PETG	NO CUMPLE
2	ESTUFA PARA ESTERILIZACION - EQUIPO PARA ESTERILIZACION POR CALOR SECO	1	CECAR	CECAR	IPC XXI 216L	\$ 394.000	SI	SI	***
		2 ALT. 1	LOBOV	THERMO SCIENTIFIC HERATHERM	OMH400	\$ 83.000	NO	NO	2.1-2.2- ANEXO-PLAZO DE ENTREGA - CERT. ANMAT
		2 ALT. 2							