

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 83/HGACD/17

Montevideo, 1° de Mayo de 2016


CERTIFICADO DE REPRESENTACION

A quien corresponda:

Por la presente certificamos que la firma "JENCK S.A." es nuestro Representante Exclusivo para Promoción, Ventas y Servicio Técnico de los Equipos Científicos e Instrumentos Analíticos de SHIMADZU CORPORATION en la República Argentina.

Como tales están autorizados a emitir ofertas en nuestro nombre y son responsables por el mantenimiento y servicio técnico necesarios para los equipos ofrecidos.

Este Certificado es válido hasta el 1° de Mayo de 2017 y será renovable por confirmación escrita.


Tsuyoshi Yoshida
Director

Shimadzu Latin America S.A

Página 1 de 1

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 83/HGACD/17 (continuación)**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"**

C.A.B.A, Viernes 03 de Agosto de 2016


Sra. Norma Alegre
Jefa de Compras
Hospital General de Agudos
"Carlos Durand"
Ref: Pedidos 32140; 32139; 32227; 32228; 32393

S-----/-----D

Por medio de la presente le hacemos saber que la firma **JENCK S.A. INSTRUMENTAL** tiene exclusividad para realizar los trabajos y/o proveer los bienes solicitados en la contratación de la referencia ya que cuenta con la representación oficial del fabricante del equipo.

Se adjunta a esta nota copia del certificado de exclusividad emitido por el fabricante del equipo.

Sin otro motivo en particular, saluda atentamente.



Luciano Passini
Bioingeniero
Hospital Durand

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 83/HGACD/17 (continuación)**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"****Pliego de especificaciones técnicas**

Pedido: 32140; 32139; 32227; 32228; 32393

SG BAC:

Catálogo: 9093526 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EQUIPO PARA CROMATOGRAFIA LIQUIDA: "Marca SHIMADSU, modelo CBM-20A, el servicio incluye mano de obra e insumos para su correcto funcionamiento."

Equipo:

Marca: Shimadzu **Modelo:** LC/MS

S/N: _____

Inventario: 35935/45

Precio de referencia: \$42.000.-

Especificaciones técnicas:

Mantenimiento correctivo del equipo, con los siguientes materiales:

- Recambio de 1 Electrodo TIS para cámara de ionización Turbo V, AB SCIEX. N° de parte: 025392.
- Recambio de 1 Kit de mantenimiento para compresor, marca Peak Scientific modelo 2750. N° de parte 06-5529.
- Recambio de 1 Tubería de PEEK de 1/16" de diámetro externo, 0.005" de diámetro interno y 3 mts de largo. Pmax= 8000 (PSI) N° parte Z22.730-7.
- Reparación de PC con software específico del equipo con provisión de 2 discos rígidos de 1 TB.
- Recambio de 2 (dos) relevadores de 24V/10A.
- Limpieza de cañería, inyector y plato. Verificación de funcionamiento.

Cláusulas Particulares:

- La oferta deberá incluir todos los repuestos y mano de obra necesaria para la reparación del equipo.
- La empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarrees, hasta la ubicación final del equipo.
- En el caso de que sea necesario la empresa deberá hacerse cargo de la desinstalación y re-instalación del equipo.
- La garantía por los trabajos realizados deberá ser de al menos 180 días.
- Se deberá coordinar con Bioingeniería el retiro y la entrega del equipo.
- El oferente deberá presentar certificado de visita técnica para certificar la revisión del equipo.
- La visita técnica deberá ser coordinada con el servicio de Bioingeniería del Hospital.

Luciano Passini
Bioingeniero
Hospital Durand

FIN DEL ANEXO