

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 250/HGÁCD/17**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"****Pliego de especificaciones técnicas****Pedido:** 32075**SG BAC:** 2687/16**Catálogo:** 33.14.002.005.1010**Equipo:** Monitor Multiparamétrico**Marca:** Dixtal. **Mod:** DX2020**S/N:** 101307253**Inventario:** 29919**Especificaciones técnicas:**

- Provisión y reemplazo de placa madre del equipo.
- Calibración y chequeo de funcionamiento.

Cláusulas Particulares:

- La oferta deberá incluir todos los repuestos y mano de obra necesaria para la reparación del equipo.
- La empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarreos, hasta la ubicación final del equipo.
- En el caso de que sea necesario la empresa deberá hacerse cargo de la desinstalación y re-instalación del equipo.
- La garantía por los trabajos realizados deberá ser de al menos 90 días.
- Se deberá coordinar con Bioingeniería el retiro y la entrega del equipo.

MARIELA TARABINI
BIOINGENIERÍA
MAT. N° 16348

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 250/HGACD/17 (continuación)

PHILIPS**Carta de Autorización**

A quien corresponda:

Nosotros:

Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda. Com domicilio: Av. Torquato Tapajós, 2236, Bairro Flores, Manaus, AM, Brazil. ZIPCODE 69058-830

Certificamos que:

AGIMED S.R.L., con domicilio en Cullen 5769 – Villa Urquiza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina,, es un Distribuidor autorizado con facultades Comerciales y regulatorias en ARGENTINA para los productos :


- Central Station Dixtal
Vital Signs Monitors Models DX2020, DX2021, DX2022, DX2023

La firma está autorizada realizar los registros de productos ante las autoridades regulatorias, Proveer soporte técnico a la base instalada, e Importar productos para las actividades de Service en el territorio de ARGENTINA .

AGIMED S.R.L. es responsable de efectuar los eventuales reportes eventos adversos a las autoridades regulatorias que correspondan, en cumplimiento de la normativa nacional y es responsable del cumplimiento de las leyes de comercialización de productos vigentes en la región.

Asimismo manifestamos nuestro compromiso de informar a **AGIMED S.R.L** sobre acciones de retiros de mercado, ocurrencia de eventos adversos y cualquier otra acción de campo que se haya definido necesaria en pos de la prevención y del cuidado de la salud de pacientes, usuarios y otras partes interesadas, cuando las mismas involucren a los productos comercializados por **AGIMED S.R.L.**, en el contexto de esta extensión de autorización

Saludos Cordiales,


Nombre: **DANIEL MAZÓN**
Título: **VICE-PRESIDENTE SENIOR**
Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda.

