

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 239/HGACD/17**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"****Pliego de especificaciones técnicas**

Pedido: 32075
SG BAC: 2687/16
Catálogo: 33.14.002.005.1010
Equipo: Monitor Multiparamétrico
Marca: Dixtal. **Mod:** DX2020
S/N: 101307253
Inventario: 29919

Especificaciones técnicas:

- Provisión y reemplazo de placa madre del equipo.
- Calibración y chequeo de funcionamiento.

Cláusulas Particulares:


- La oferta deberá incluir todos los repuestos y mano de obra necesaria para la reparación del equipo.
- La empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarreos, hasta la ubicación final del equipo.
- En el caso de que sea necesario la empresa deberá hacerse cargo de la desinstalación y re-instalación del equipo.
- La garantía por los trabajos realizados deberá ser de al menos 90 días.
- Se deberá coordinar con Bioingeniería el retiro y la entrega del equipo.

MARIELA TARABINI
BIOINGENIERÍA
MAT. N° 16348

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 239/HGACD/17 (continuación)**PHILIPS****Carta de Autorización****A quien corresponda:****Nosotros:****Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda. Com domicilio: Av. Torquato Tapajós, 2236, Bairro Flores, Manaus, AM, Brazil. ZIPCODE 69058-830****Certificamos que:****AGIMED S.R.L., con domicilio en Cullen 5769 – Villa Urquiza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina,, es un Distribuidor autorizado con facultades Comerciales y regulatorias en ARGENTINA para los productos :**

- Central Station Dixtal

Vital Signs Monitors Models DX2020, DX2021, DX2022, DX2023**La firma está autorizada realizar los registros de productos ante las autoridades regulatorias, Proveer soporte técnico a la base instalada, e Importar productos para las actividades de Service en el territorio de ARGENTINA .****AGIMED S.R.L. es responsable de efectuar los eventuales reportes eventos adversos a las autoridades regulatorias que correspondan, en cumplimiento de la normativa nacional y es responsable del cumplimiento de las leyes de comercialización de productos vigentes en la región.****Asimismo manifestamos nuestro compromiso de informar a AGIMED S.R.L sobre acciones de retiros de mercado, ocurrencia de eventos adversos y cualquier otra acción de campo que se haya definido necesaria en pos de la prevención y del cuidado de la salud de pacientes, usuarios y otras partes interesadas, cuando las mismas involucren a los productos comercializados por AGIMED S.R.L, en el contexto de esta extensión de autorización****Saludos Cordiales,**


Nombre: **DANIEL MAZÓN**
Título: **VICE-PRESIDENTE SENIOR**
Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda.

